

Kielce dn. 05.08.2024 r.

Znak sprawy:PDZP-26/Z-3/24

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z póź. zm.) na: „ Zakup i dostawę urządzeń do na potrzeby projektu „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach działając na podstawie art.135 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r.(Dz.U z 2023, poz.1605 ze zm.),udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców w ramach wyżej wymienionego postępowania:

Pytanie nr 1 ad lp. 7 i 17 – poz. 2. URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ BIERNYCH STAWU BARKOWEGO-1szt
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści urządzenie do ćwiczeń biernych stawu barkowego spełniające wszystkie pozostałe wymagania, wyposażone w niekolorowy wyświetlacz na pilocie pokazujący najważniejsze aktualnie stosowane parametry zabiegowe (7) ze terowaniem/menu za pomocą ikon graficznych bez użycia zwrotów w jakimkolwiek języku (17)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 2 ad lp. 2, 3, 7, 8, 9 – poz. 5. URZĄDZENIE DO REHABILITACJI KOŃCZYN DOLNYCH -1szt
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełniające SWZ urządzenie z zakresem ruchu biernego w stawie kolanowym -10° - 120° i biodrowym 0° - 115°, umożliwiającą dodatkowo mobilizację stawu skokowego ruchem aktywnym wykonywanym przez pacjenta poczynawszy od dowolnie wybranej pozycji zgięcia grzbietowo podeszwowego w pełnym, nieograniczonym zakresie kątowym z jednoczesną regulacją pozycji inwersji i ewersji stawu skokowego leczonego pacjenta w zakresie 40 stopni (2, 7 i 8) z możliwością regulacji ustawień w czasie rzeczywistym za pomocą pilota z przyciskami i wyraźnym wyświetlaczem pokazującym najważniejsze aktualnie stosowane parametry zabiegowe (3 i 9). spełniającą i przekraczającą pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i nie uznaje zaproponowanego urządzenia jako spełniającego wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia parametry.

Pytanie nr 3 – poz. 2 i 5 (część nr1)

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy opisana w punkcie 12 pozycji 2 funkcjonalność kart chipowych ma dotyczyć także pozycji 5 i karty te mają być kompatybilne z możliwością użycia w obu urządzeniach opisanych w pozycji

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało „*Możliwość pracy w trybie wielokrotnego użycia kart chipowych przeznaczonych do zapisu elektronicznego indywidualnego programu terapii dla każdego pacjenta*”. Funkcjonalność ta dotyczy urządzenia opisanego w części nr 1 Urządzenia I pkt 2 tj. URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ BIERNYCH STAWU BARKOWEGO

Pytanie nr 4 – poz. 5 (część nr1)

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych ma posiadać programy poszerzające zakres terapii takie jak program oscylacji (powtarzanie końcowego zakresu ruchu), program stretchingu (delikatne rozszerzanie zakresu ruchu), program elektrostymulacji (program synchronizujący ruch bierny z elektrostymulacją), program łączący różne z wymienionych funkcji oraz program przygotowujący do ćwiczeń po dłuższej przerwie? Obecność dodatkowych funkcji i programów wyróżnia urządzenia bardziej zaawansowane, z szerszą gamą możliwości terapeutycznych, od tych podstawowych

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał minimalne wymagania i parametry które musi spełniać dostarczone urządzenie. Zamawiający nie wyraża zgodny na dostawę urządzenia które posiada gorsze parametry niż wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a także na dostawę urządzenia nie posiadającego wskazanych minimalnych parametrów i funkcjonalności.

Pytanie nr 5 – poz. 5 (część nr1)

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych ma być wyposażone w elektrostymulator do zsynchronizowanej z ruchem kończyny elektrostymulacji?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał minimalne wymagania i parametry które musi spełniać dostarczone urządzenie. Zamawiający nie wyraża zgodny na dostawę urządzenia które posiada gorsze parametry niż wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a także na dostawę urządzenia nie posiadającego wskazanych minimalnych parametrów i funkcjonalności.

Pytanie nr 6 – poz. 5 (część nr1)

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych ma być wyposażone w dokumentację przebiegu terapii - rejestr wyników ćwiczeń w formie graficznej wyświetlany na ekranie pilota, co motywuje i znacznie ułatwia ocenę postępów pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał minimalne wymagania i parametry które musi spełniać dostarczone urządzenie. Zamawiający nie wyraża zgodny na dostawę urządzenia które posiada gorsze parametry niż wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a także na dostawę urządzenia nie posiadającego wskazanych minimalnych parametrów i funkcjonalności.

Pytanie nr 7 – poz. 2 i 5 (część nr1)

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający umożliwi złożenie oferty częściowej, uwzględniającej pozycje nr 2 i 5 ze względu na jej odrębność i specyfikę terapeutyczną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty częściowej uwzględniającej tylko pozycje 2 i 5. Wskazany w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia podział urządzeń wynika z wytycznych i zapisów zawartych w dokumentacji projektowej która nie podlega na obecnym etapie modyfikacjom i w ramach której realizowane jest zamówienie, i do przestrzegania której Zamawiający jest zobligowany

Pytanie nr 8-dotyczy Części 3

STÓŁ DO MASAŻU I REHABILITACJI (3 sekcyjny)-1szt

Czy Zamawiający dopuści stół o parametrach jak niżej:

Elektryczna regulacja wysokości za pomocą przełącznika ramowego dostępnego z każdej strony stołu w zakresie: od 60 do 100cm?

Stół o wymiarach i parametrach:

Całkowita 195 cm, szerokość 68 cm, środkowa część 41 cm,

nożna część 105 cm

regulacji sekcji środkowej 0/+30 stopni,

kąt regulacji sekcji nożnej -30/+ 85 stopni,

dopuszczalne maksymalne obciążenie dynamiczne 225kg, statyczne 300kg (+/- 2)

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał minimalne wymagania i parametry które musi spełniać stół do masażu i rehabilitacji. Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę stołu który posiada gorsze parametry niż wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a także nie posiadającego wskazanych minimalnych parametrów i funkcjonalności. Zaproponowane w pytaniu parametry nie spełniają ważnych i bardzo istotnych z punktu widzenia Zamawiającego parametrów użytkowych w związku z powyższym nie może on być uznany jako spełniający wymagane kryteria

Pytanie nr 9- dotyczy Części 3

STÓŁ DO MASAŻU I REHABILITACJI (5 sekcyjny)-1szt

Czy Zamawiający dopuści stół o parametrach jak niżej:

Elektryczna regulacja wysokości za pomocą przełącznika ramowego dostępnego z każdej strony stołu w zakresie: od 60 do 100cm?

Stół o wymiarach i parametrach:

Dł: 195

Szer 68 cm

sek śr. 41 cm

nożna – 105 cm

reg śr- 0-30

nożna- -35 do + 85

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał minimalne wymagania i parametry które musi spełniać stół do masażu i rehabilitacji. Zamawiający nie wyraża zgodny na dostawę stołu który posiada gorsze parametry niż wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a także nie posiadającego wskazanych minimalnych parametrów i funkcjonalności. Zaproponowane w pytaniu parametry nie spełniają ważnych i bardzo istotnych z punktu widzenia Zamawiającego parametrów użytkowych w związku z powyższym nie może on być uznany jako spełniający wymagane kryteria.

Pytanie nr 10- dotyczy Części 3

STÓŁ DO MASAŻU I REHABILITACJI (3 sekcyjny) – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści stół o długości zagłówka wynoszącej 40 cm i kącie regulacji zagłówka od – 85o do +35o?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał minimalne wymagania i parametry które musi spełniać stół do masażu i rehabilitacji. Zamawiający dopuszcza stół o długości zagłówka 40 cm ale nie wyraża zgody na zaproponowany przez Pytającego zakres kąta regulacji w zakresie – 85 do +35. Zaproponowane w pytaniu parametry nie spełniają istotnych z punktu widzenia Zamawiającego parametrów użytkowych w związku z powyższym nie może on być uznany jako spełniający wymagane kryteria

Pytanie nr 11- dotyczy Części 3 STÓŁ DO MASAŻU I REHABILITACJI (3 sekcyny) – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści stół bez wyposażenia w postaci dwóch stożkowych magnetycznych kluczy dostępu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stołu bez wskazanego wyposażenia. Wymieniony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia parametr jest istotny z punktu widzenia Zamawiającego i ma bezpośredni wpływ na jego cechy użytkowe. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza stołu który nie posiada tej funkcjonalności.

Pytanie nr 12- dotyczy Części 3 STÓŁ DO MASAŻU I REHABILITACJI (3 sekcyny) – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach: długość 190 cm x szerokość 66 cm x wysokość regulowana 49 – 105 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał minimalne wymagania i parametry które musi spełniać stół do masażu i rehabilitacji. Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę stołu który posiada gorsze parametry niż wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a także nie posiadającego wskazanych minimalnych parametrów i funkcjonalności. Zaproponowane w pytaniu parametry dotyczące wymiarów w sposób istotny różnią się od minimalnych wymaganych przez Zamawiającego i nie spełniają istotnych z punktu widzenia Zamawiającego parametrów użytkowych w związku z powyższym nie może on być uznany jako spełniający minimalne wymagane kryteria.

Pytanie nr 13- dotyczy Części 3 STÓŁ DO MASAŻU I REHABILITACJI (3 sekcyny) – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści stół, gdzie maksymalne obciążenie dynamiczne (w podnoszeniu i opuszczaniu) wynosi 180 kg, a maksymalne obciążenie statyczne wynosi 250 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał minimalne wymagania i parametry które musi spełniać stół do masażu i rehabilitacji. Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę stołu który posiada gorsze parametry niż wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a także nie posiadającego wskazanych minimalnych parametrów i funkcjonalności. Zaproponowane w pytaniu parametry nie spełniają ważnych i bardzo istotnych z punktu widzenia Zamawiającego parametrów użytkowych w związku z powyższym nie może on być uznany jako spełniający wymagane kryteria.

Pytanie nr 13- dotyczy Części 3 STÓŁ DO MASAŻU I REHABILITACJI (3 sekcyny) – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści stół z kątem pomiędzy częścią pod nogi a poziomem wynoszącym 0 – 14?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał minimalne wymagania i parametry które musi spełniać stół do masażu i rehabilitacji. Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę stołu który posiada gorsze parametry niż wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zaproponowane w pytaniu parametry nie spełniają istotnych z punktu widzenia Zamawiającego parametrów użytkowych w związku z powyższym nie może on być uznany jako spełniający wymagane minimalne kryteria.

Pytanie nr 14- dotyczy Części 3 STÓŁ DO MASAŻU I REHABILITACJI (3 sekcyny) – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści stół pokryty materiałem skóropodobnym odpornym na uszkodzenia i zadrapania, możliwym do dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych preparatów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stół pokryty materiałem skóropodobnym odpornym na uszkodzenia i zadrapania, możliwym do dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych preparatów pod warunkiem iż materiał ten spełnia pozostałe parametry wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. *stół pokryty minimum dwuwarstwową miękką, elastyczną i odporną na uszkodzenia, zadrapania, działanie wysokich temperatur tapicerką wykonaną z atestowanych materiałów dostępną w kilku wersjach kolorystycznych, możliwą do dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych środków odkażających o grubości minimum 50 mm*”

Pytanie nr 15- dotyczy Części 3 STÓŁ DO MASAŻU I REHABILITACJI (5 sekcyjny) – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści stół o długości zagłówek wynoszącej 40 cm i kącie regulacji zagłówek od – 85° do +35°?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał minimalne wymagania i parametry które musi spełniać stół do masażu i rehabilitacji. Zamawiający dopuszcza stół o długości zagłówek 40 cm ale nie wyraża zgodny na zaproponowany przez Pytającego zakres kąta regulacji w zakresie – 85 do +35. Zaproponowane w pytaniu parametry nie spełniają istotnych z punktu widzenia Zamawiającego parametrów użytkowych w związku z powyższym nie może on być uznany jako spełniający wymagane kryteria.

Pytanie nr 16- dotyczy Części 3 STÓŁ DO MASAŻU I REHABILITACJI (5 sekcyjny) – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści stół bez wyposażenia w postaci dwóch stożkowych magnetycznych kluczy dostępu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stołu bez wskazanego wyposażenia. Wymieniony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia parametr jest istotny z punktu widzenia Zamawiającego i ma bezpośredni wpływ na jego cechy użytkowe. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza stołu który nie posiada tej funkcjonalności.

Pytanie nr 17- dotyczy Części 3 STÓŁ DO MASAŻU I REHABILITACJI (5 sekcyjny) – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach: długość 190 cm x szerokość 66 cm x wysokość regulowana 49 – 105 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał minimalne wymagania i parametry które musi spełniać stół do masażu i rehabilitacji. Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę stołu który posiada gorsze parametry niż wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a także nie posiadającego wskazanych minimalnych parametrów i funkcjonalności. Zaproponowane w pytaniu parametry dotyczące wymiarów w sposób istotny różnią się od minimalnych wymaganych przez Zamawiającego i nie spełniają istotnych z punktu widzenia Zamawiającego parametrów użytkowych w związku z powyższym nie może on być uznany jako spełniający minimalne wymagane kryteria.

Pytanie nr 18- dotyczy Części 3 STÓŁ DO MASAŻU I REHABILITACJI (5 sekcyjny) – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści stół, gdzie maksymalne obciążenie dynamiczne (w podnoszeniu i opuszczaniu) wynosi 180 kg, a maksymalne obciążenie statyczne wynosi 250 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał minimalne wymagania i parametry które musi spełniać stół do masażu i rehabilitacji. Zamawiający nie wyraża zgodny na dostawę stołu który posiada gorsze

parametry niż wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a także nie posiadającego wskazanych minimalnych parametrów i funkcjonalności. Zaproponowane w pytaniu parametry nie spełniają ważnych i bardzo istotnych z punktu widzenia Zamawiającego parametrów użytkowych w związku z powyższym nie może on być uznany jako spełniający wymagane kryteria.

Pytanie nr 19- dotyczy Części 3 STÓŁ DO MASAŻU I REHABILITACJI (5 sekcyjny) – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści stół z kątem pomiędzy częścią pod nogi a poziomem wynoszącym 0 – 14?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał minimalne wymagania i parametry które musi spełniać stół do masażu i rehabilitacji. Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę stołu który posiada gorsze parametry niż wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zaproponowane w pytaniu parametry nie spełniają istotnych z punktu widzenia Zamawiającego parametrów użytkowych w związku z powyższym nie może on być uznany jako spełniający wymagane minimalne kryteria.

Pytanie nr 20- dotyczy Części 3 STÓŁ DO MASAŻU I REHABILITACJI (5 sekcyjny) – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści stół pokryty materiałem skóropodobnym odpornym na uszkodzenia i zadrapania, możliwym do dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych preparatów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stół pokryty materiałem skóropodobnym odpornym na uszkodzenia i zadrapania, możliwym do dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych preparatów pod warunkiem iż materiał ten spełnia pozostałe parametry wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. *stół pokryty minimum dwuwarstwową miękką, elastyczną i odporną na uszkodzenia, zadrapania, działanie wysokich temperatur tapicerką wykonaną z atestowanych materiałów dostępną w kilku wersjach kolorystycznych, możliwą do dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych środków odkażających o grubości minimum 50 mm*

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską str.24 SWZ winno być:

Punktacja dla kryterium Aspekty społeczne (AS):

w przypadku zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością na umowę o pracę na co najmniej pół etatu - 10 pkt.

Opis	Punkty
NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt	10 pkt

Zatwierdzam