

PDOZP-26/P-179/24

31.10.2024 rok

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

Dotyczy zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą urządzenia wykorzystującego terapię polem magnetycznym do Działu Rehabilitacji w siedzibie WOMP

Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami SWZ.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykorzystujące terapię polem magnetycznym spełniające poniższe parametry techniczno-użytkowe:

- 7" kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
- Dwa niezależne kanały zabiegowe
- Tryb manualny
- Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
- Baza wbudowanych programów zabiegowych
- Baza programów użytkownika
- Baza sekwencji użytkownika
- Programy ulubione
- Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika
- Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
- Statystyki przeprowadzanych zabiegów
- Regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego
- Kształt pola: prostokątny dwupołówkowy, trójkątny dwupołówkowy, prostokątny jednapołówkowy, trójkątny jednapołówkowy, sinusoidalny jednapołówkowy, impulsowy jednapołówkowy
- Opcjonalnie praca z jednym lub dwoma aplikatorami płaskimi CPEP
- Wygodne mocowanie aplikatorów za pomocą pasów i rzepów
- Zabiegi w trybie dualnym
- Wizualny wskaźnik obecności pola w postaci oświetlacza
- Sensoryczny wskaźnik aktywności pola w postaci pasów magnetycznych
- Nastawy zakresu częstotliwości pola magnetycznego z dokładnością do 0,01 Hz za pomocą klawiatury ekranowej
- Nastawy wartości czasu zabiegu z dokładnością do 1 s za pomocą klawiatury ekranowej
- 263 wbudowanych programów zabiegowych
- 50 programów do ustawienia dla użytkownika
- programy ulubione
- 10 sekwencji do ustawienia dla użytkownika
- Nowością technologiczną jest również nowy tryb pracy, zwany Trybem Dualnym. Stosowane są w nim dwa współpracujące symultanicznie aplikatory: szpulowy o działaniu ogólnoustrojowym i aplikator płaski o działaniu miejscowym. Dopełnieniem unikalnych cech jest możliwość stosowania zmiennej częstotliwości terapeutycznej tzw. Spektrum (w zakresie 0 - 50 Hz) w trakcie trwania zabiegu.
- wymiary sterownika: 34 x 28 x 11 cm
- masa sterownika: 7 kg
- zasilanie, pobór mocy: 230 V, 50/ 60 Hz, 350 VA
- częstotliwość pracy: 2 - 140 Hz
- parametry trybu przerywanego: impuls 1 s/ przerwa 0,5 – 8 s

- spektrum częstotliwości: 0 – 50 Hz
- zegar zabiegowy: 30 s - 60 minut
- leżanka pola magnetycznego o nośności do 135 kg z półką pod aparat; waga leżanki 47 kg, wymiary 214,2 x 53,2 x 118,3 cm; wymiary półki pod aparat 37 x 36 cm; nośność półki pod aparat maks. 8 kg
- aplikator szpulowy o średnicy 35 cm: maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym środku aplikatora – 10 mT; maksymalna indukcja znamionowa przy ścianie aplikatora – 12 mT; maksymalna wartość zmiany indukcji – 24 mT; wymiary aplikatora bez kabla przyłączeniowego – 44,1 x 32,2 x 45,7 cm
- aplikator szpulowy o średnicy 60 cm: maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym środku aplikatora – 4 mT; maksymalna indukcja znamionowa przy ścianie aplikatora – 6 mT; maksymalna wartość zmiany indukcji – 12 mT; wymiary aplikatora bez kabla przyłączeniowego: Ø 68,2 x 24,2 cm
- aplikator szpulowy o średnicy 75 cm: maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym środku aplikatora – 3 mT; maksymalna indukcja znamionowa przy ścianie aplikatora – 4,5 mT; maksymalna wartość zmiany indukcji – 9 mT; wymiary aplikatora bez kabla przyłączeniowego: Ø 83,2 x 24,2 cm

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał minimalne wymagania i parametry które musi spełniać urządzenie wykorzystujące terapię polem magnetycznym. Zaproponowane w pytaniu parametry (w tym w szczególności ilość kanałów zabiegowych, częstotliwość, gabaryty) nie spełniają ważnych i istotnych z punktu widzenia Zamawiającego parametrów użytkowych. Wymienione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia parametry są istotne z punktu widzenia Zamawiającego (posiadane warunki lokalowe, ilość obsługiwanych pacjentów, rodzaj schorzeń) i mają bezpośredni wpływ na jego cechy użytkowe.

W związku z powyższym zaproponowany aparat nie może być uznany jako spełniający wymagane kryteria.

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego urządzenia.

Z poważaniem
Anna Mikołajczyk
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
w Kielcach